

101 學年度高雄醫學大學輻射安全管理委員會第 二 次會議紀錄

時 間：中華民國 102 年 7 月 31 日(星期三) 上午 11 時 30 分整

地 點：勵學大樓樓第四會議室

主 席：劉景寬 校長

委員出席：洪純正(李文智代)、李志恒(顏銘宏代)、陳義龍(黃定國代)、黃志仁、黃純德(江典隆代)、莊麗月(吳瑞振代)、賴永昌、陳毓雯、張寶樹、鍾相彬

列席者：吳瑞振

記錄：黃士瑋

甲、報告事項

一 主席報告：略

二 總幹事報告：

1. 同位素實驗室使用狀況：

(1) 醫學研究部5樓同位素研究室使用單位：

生化、生理、藥理、微生物、內科、放射科、醫學研究所、生技系、化學系、醫技系、醫學放射系等。(102.01.01 - 102.06.30共380人次)

(2) 綜合實驗大樓1樓同位素實驗室使用單位：

生化、內科、放射科、核子醫學科、放射治療科、職安所、醫學研究所、藥學系、生技系、化學系、醫技系、醫學放射系等。(102.01.01 - 102.06.30共290人次)

2. 校園輻射檢測正常。(每三月檢查一次)

3. 實驗室人員劑量與體檢資料正常。(見檔案)

4. 醫研大樓儀器設備使用說明更新。

5. 102/04/18 於醫研大樓7樓討論室，舉辦動物用X光機使用講習，講習時數2小時，參與人數13名。

6. 102年6月3日已完成原能會規定半年度廢水及廢氣排放報告申報作業網路登錄半年報表。

7. 預計102/09/04 舉辦新進研究生講習。

8. 本年度已完成報廢射源共4枚(物字第1200372、1200373、1200374、1200375號)。

9. 本年度可發生游離輻射設備屆期，更換許可執照共4台(登設字2006076、2008776、2008777、2008746號)。

乙、討論事項：

主 席：醫研部即將搬遷至國研大樓，關於醫研大樓的同位素實驗室是否須檢修？請說明。

總幹事：實驗室的地板、天花板、(淨)水管、(污)水系統及排氣系統均須檢修，另外，液態閃爍計數器已故障無法修復。

吳先生：去年與今年都有提報採購液態閃爍計數器，都沒通過。

賴委員：法令規定檢測輻射儀器在同位素實驗場所是必要的。

主 席：在醫研大樓輻射安全是很重要的，檢測輻射儀器應具備，請醫院編列預算。

丙、臨時動議：略

丁、主席宣佈散會上午 11 時 55 分