

高雄醫學大學 102 學年度第 2 次輻射安全防護委員會^紀記錄

開會時間：103 年 6 月 19 日（星期四）

AM:10:00 - 11:00

開會地點：勵學大樓第 4 會議室

壹、主席報告：略

貳、總幹事報告：

- 1、骨研中心、同位素實驗室之游離輻射設備 X 光機證照將分別於 103/06/10、103/07/25 到期，本組已委由華鈞公司向原委會申請換照，華鈞公司已於 6/6 至本校實施偵測與檢驗完畢，預定於 103/07/30 完成換照。
- 2、綜合實驗大樓一樓同位素實驗室儲存室重新整修，已於 103/05/30 整修完成。
- 3、本校黃友利老師實驗室之密封射源 Ni-63 辦理廢棄手續，已於 103/04/24 獲行政院原子能委員會會輻字第 1030007170 號文同意停止使用，103/06/17 已照計劃送到核能研究所。本組將於 103/07/30 前完成該密封射源報廢程序。
- 4、為配合行政院原子能委員會輻射防護雲化系統精進作業，本校輻防組人員 鍾相彬 組長與黃定國先生於 103/04/19 前往參加行政院原子能委員會辦理之「輻射防護雲化服務系統說明會」瞭解該系統運作之說明。

參、上次會議執行追蹤：無

肆、臨時動議：

鍾相彬 組長建議

- 一、醫研大樓將進行整修，有關位於該棟大樓 5 樓之同位素實驗室整修事項，請營繕組協助下列工程：
 1. 增設門禁刷卡系統。
 2. 協助該室地板翻修。
 3. 該室排水管路查核(汙水管路與淨水管路分流設置)。
 4. 空調係統查核。
 5. 抽排氣櫃排氣系統管路查核。

伍、散會：AM:10:45